序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
1	平面平晶	Φ100mm 以下	1、2 级	JJG28-2000
2	平行平晶	Ⅰ-Ⅳ系列	平面度：0.1μm	JJG28-2000
3	量块	(0.5～100)mm	3 等及 3 等以下等级	JJG146-2003
4	量块	(10～500) mm	四等及四等以下	JJG146-2003
5	三等金属线纹米尺	(0～1000)mm	MPE：±(5+10L) μm	JJG71-2005
6	量块	(0.5～300)mm	四等	JJG146-2003
7	钢卷尺	(0～100)m	1 级及以下级别	JJG4-1999
8	纤维卷尺	(0～100)m	1 级及以下级别	JJG5-2001
9	测绳	(0～100)m	1 级及以下级别	JJG5-2001
10	通用卡尺	(0～2000) mm	MPE:±0.25 mm	JJG30-2002
11	高度卡尺	(0～2000) mm	MPE:±0.25 mm	JJG31-1999
12	千分尺	(0～500)mm	0 级及以下级别	JJG21-1995
13	内径千分尺	(0～3000)mm	±50μm	JJG22-2003
14	公法线类千分尺	(0～150)mm	±6μm	JJG82-1998
15	杠杆千分尺	(0～200)mm	±6μm	JJG26-2001
16	杠杆卡规	(0～200)mm	±6μm	JJG26-2001
17	带表千分尺	(0～100)mm	±3μm	JJG427-2004
18	深度千分尺	(0～300)mm	±10μm	JJG24-2003
19	百分表	(0～10)mm	0 级、1 级	JJG34-1996
20	大量程百分表	(0～50)mm	0 级、1 级	JJG379-1995
21	千分表	(0～5)mm	0 级、1 级	JJG34-1996
22	杠杆表	(0～1)mm	1 级、2 级	JJG35-2006
23	深度百分表	(0～100)mm	12μm	JJG830-1993
24	角度块	15°10′～90°	2 级	JJG70-2004
25	万能角度尺	0～360°	±(2～5)′	JJG33-2002
26	平板	≤（5000×3000）mm	0 级及 0 级以下	JJG117-2005
27	刀口尺	(0～500)mm	0 级及以下	JJG63-1994
28	三棱尺	(0～500)mm	0 级及以下	JJG63-1994
29	四棱尺	(0～500)mm	0 级及以下	JJG63-1994
30	环规	Φ(10～200) mm	3 等	JJG894-1995
31	电子水平仪	0～±5mm/m	MPE:电容式: ≤(1+A/50) 电感式: ≤1 个分度	JJG103-2005
32	合象水平仪	0～±5mm/m	MPE: 0.02mm/m	JJG103-2005
33	自准直仪	0～10′　0～1000 分度	0.2 分度值　MPE: 2″ 0.005 mm/m 分度值 MPE:　5 个分度	JJG202-1990
34	百分表检定仪	0～50mm	MPE:4μm	JJG 201-1999
35	千分表检定仪	0~ 10mm	MPE:1.5μm	JJG 201-1999
36	数显式百分表检定仪	0~ 10mm	MPE:3μm	JJG 271-1996

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
37	电涡流覆层厚度测量仪	0～2mm	±（0.3+0.5%H）μm～±（3+10%H）μm	JJG 818—2005
38	磁阻法覆层厚度测量仪	0～2mm		JJG 818—2005
39	机械式比较仪	分度值：(0.5～10)mm	MPE:(0.25～10)μm	JJG 39—2004
40	镜向光泽度计	0～100 光泽度单位	2 级	JJG696-2002
41	钢直尺	0～1000mm	MPE：(0.1～0.35)mm	JJG1-1999
42	塞尺	(0.02～1.00)mm	Ⅰ级、Ⅱ级	JJG62-1995
43	水平仪检定器	0～1.5mm/m	MPE: ±6%	JJG191-2002
44	工具显微镜	(200×100)mm	MPE:±(1+*L*/100) μm	JJG56-2000
45	测长仪	(0～500)mm	MPE:±(1+*L*/100) μm	JJG55-1984
46	光学计	(0～180)mm	MPE:±0.25μm	JJG45-1999
47	线纹比较仪	(0～200)mm	MPE:±(1+*L*/100)μm	JJG72-1980
48	读数显微镜	(0～50)mm	MPE: ±(5+*L*/15) μm	JJG571-2004
49	测量显微镜	(0～50)mm	MPE:±(5+*L*/15) μm	JJG571-2004
50	电感测微仪	±100μm	MPE:±1 分度	JJG396-2002
51	接触式干涉仪	0～150 mm	MPE:±(0.03+1.5$n_i\Delta\lambda/\lambda$)μm	JJG101-2004
52	干涉显微镜	H：(0.1～1.0)μm	MPE：±(22～5)%	JJG77-2006
53	测角仪	0°～360°	MPE:4″	JJG97-2001
54	光学数显分度头	0°～360°	MPE:20″	JJG57-1999
55	光学经纬仪	水平：360°　竖	DJ07～DJ30 级	JJG414—2003
56	电子经纬仪	水平：360°　竖	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级	JJG100—2003
57	水准仪	（2～∞）m	DS1、DSZ1、 DS3、DSZ3 级	JJG425—2003
58	焦度计	(-25~ +25)D	(±0.06~±0.25)D	JJG580-1996
59	验光镜片	(-20~ +20)D	(±0.03~±0.12)D	JJG579-1998
60	主观式验光仪	(-15～+15)D	(±0.25～±0.50)D	JJG892-1995
61	客观式验光仪	(-20～+20)D	(±0.25～±0.50)D	JJG892-1995
62	瞳距仪	(50～80)mm	最大允差:0.5mm	JJG952-2000
63	标准铂铑 $_{10}$-铂热电偶	(419.527～1084.62)℃	二等标准	JJG75-1995
64	工作用铂铑 $_{10}$-铂热电偶	(0～1600)℃	工作用Ⅰ级、Ⅱ级	JJG141-2000
65	二等标准水银温度计	(-30～300)℃	二等	JJG128-2003
66	工作用玻璃液体温度计	(-30～300)℃	工作用	JJG130-2004
67	电接点水银温度计	(-30～300)℃	工作用	JJG131-2004
68	压力式温度计	(-30～300)℃	1.5 级，2.5 级	JJG310-2002
69	半导体点温计	(-30～300)℃	工作用	JJG363-1984
70	双金属温度计	(-30～300)℃	1.5，2.5 级	JJG226-2001
71	温度巡回检测仪	(-30 ~ 300)℃	*U*=0.07℃　*k*=2	JJG718-1991
72	石油产品用玻璃液体温度计	(-30～300)℃	工作用	JJG50-1996

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
73	工作用廉金属热电偶	300℃～1200℃	工作用 II 级	JJG351-1996
74	工作用隐丝式光学高温计	(800～2000)℃	1.0，1.5 级	JJG68-1991
75	配热电阻用动圈式温度二次仪表	(-200～850)℃	1.0 级	JJG186-1997
76	配热电阻用自动平衡显示仪表	(-200～850)℃	0.5 级	JJG74-2005
77	配热电阻用数字温度指示调节仪	(-200～850)℃	0.5 级，1.0 级	JJG617-1996
78	配热电偶用动圈式温度二次仪表	(0～1600)℃	1.0 级	JJG186-1997
79	配热电偶用自动平衡显示仪表	(0～1600)℃	0.5 级	JJG74-2005
80	配热电偶用数字温度指示调节仪	(0～1600)℃	0.5 级，1.0 级	JJG617-1996
81	毛发湿度计	30%RH～95%RH	±(5～7)%RH	JJG205-2005
82	干湿表	10%RH～95%RH	±(5～7)%RH	JJG205-2005
83	电容式湿度计	10%RH～95%RH	±5%RH	JJG205-2005 JJG2046-1990
84	电阻式湿度计	10%RH～95%RH	±5%RH	JJG205-2005 JJG2046-1990
85	粉尘采样器	（5～120）L/min	±5％	JJG520-2005
86	烟尘测试仪	（0.2～120）L/min	±5％	JJG680-1990
87	大气采样器	（0.2～2）L/min	±7％	JJG956-2000
88	双活塞式压力真空计	(-0.1～0.25)MPa	二等及其以下	JJG159-1994
89	单活塞式压力真空计	(-0.1～0.25)MPa	二等及其以下	JJG239-1994
90	精密压力表	(-0.1～0.25)MPa	0.4 级及其以下	JJG49-1999
91	补偿式微压计	(-2.5～2.5)kPa	二等及以下	JJG158-1994
92	倾斜式微压计	(0～±2)kPa	0.5 级及以下	JJG172-1994
93	数字压力计	(-2.5～2.5)kPa	0.05 级及以下	JJG875-2005
94	活塞式压力计	(0.04～250)MPa	二等及其以下	JJG59-1990
95	活塞式压力真空计	(-0.1～0.25）MPa	二等及其以下	JJG159-1994 JJG239-1994
96	精密压力表	(0.04～250)MPa	0.25 级及以下	JJG49-1999
97	一般弹簧管压力表及压力真空表	(0.04～250)MPa	1.6 级及以下	JJG52-1999
98	血压表	(0～40)kPa	MPE：±1%	JJG270-1995
99	台式血压计	(0～40)kPa	MPE：±1%	JJG270-1995
100	血压计标准器	(0～40)kPa	MPE：±0.16%　±0.25％	JJG49-1999
101	标准测力仪	(0.25～1000)kN	0.1 级及以下	JJG 144-1992
102	工作测力仪	(0.25～1000)kN	0.5 级及以下	JJG 455-2000
103	标准测力仪	100N～6kN	0.1 级及以下	JJG 144-1992

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
104	工作测力仪	100N～6kN	0.5 级及以下	JJG 455-2000
105	工作测力仪	0.05N～5MN	1 级及以下	JJG 455-2000
106	抗折试验机	0.05N～5MN	1 级及以下	JJG 476-2001
107	压力试验机	0.05N～5MN	1 级及以下	JJG 139-1999
108	万能试验机	0.05N～5MN	1 级及以下	JJG 139-1999
109	各种测力装置	0.05N～5MN	1 级及以下	JJG 139-1999
110	非金属拉力、压力和万能试验机	(0.4～2500)N	1.0 级及以下	JJG 157-2005
111	工作测力仪	(0.4～2500)N	1.0 级及以下	JJG 455-2000
112	小负荷力值装置	(0.4～2500)N	1.0 级及以下	JJG 455-2000
113	洛氏硬度计	（20～88）HRA （20～100）HRB （20～70）HRC	MPE: ±(1~1.5)HR	JJG 112-2003
114	表面洛氏硬度计	（29～88、 74～82 、45～55）N	MPE: ±(1.2～2.5)HR	JJG 112-2003
115	维氏硬度计	≤225HV_5 ＞ 700HV_5 (400～600)HV_{10} (400～600)HV_{30}	MPE:±(2~3)%	JJG 151-2006
116	布氏硬度计	（75～250）HBS(W)	MPE:±(3～5)%	JJG 150-1990
117	显微硬度计	(200～800)HV	MPE:±(3～5)%	JJG 260-1991
118	摆锤式冲击试验机	300J 以下	MPE: $\pm 5\times10^{-2}$	JJG 145-1982
119	扭矩扳子	(0.1～2000)Nm	1～10 级	JJG 707-2003
120	千斤顶	(30～5000)kN	2～5 级	JJG 621-2005
121	砝码	1mg～500mg	一等	JJ G 99-2006
122	砝码	(1～500) mg	二等及以下	JJG 99-2006
123	电子天平	(1～500) mg	①级及以下	JJG98-1990
124	机械天平	(1～500) mg	①级及以下	JJG98-2006
125	扭力天平	(1～500) mg	Ⅱ级	JJG46-2004
126	砝码	1g～500g	二等及以下	JJG 99-2006
127	电子天平	≤1000g	①级及以下	JJG 98-1990
128	砝码	1kg～20kg	二等及以下	JJG 99-2006
129	电子天平	1kg～20kg	①级及以下	JJG 98-1990
130	砝码	1mg～500g	F_2 等级及以下	JJG 99-2006
131	架盘天平	1mg～500g	⑩级	JJG156-2004
132	机械天平	1mg～500g	①级及以下	JJG 98-2006
133	电子天平	1mg～500g	⑩级及以下	JJG 98-1990
134	砝码	10kg～1kg	F2 等级及以下	JJG 99-2006
135	衡量仪器	(0～300) kg	⑩ 级及以下	JJG 98-1990
136	数字指示秤	≤1t	⑩级	JJG539-1997
137	模拟指示秤	≤1t	⑩级	JJG13-1997

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
138	非自动指示秤	≤1t	Ⅲ级	JJG14-1997
139	动态计重系统	(0～30)t	0.2 级及以下	JJG 907-2006
140	非自动指示秤	(1～150)t	3 级及以下	JJG 14-1997
141	数字指示秤	(1～150)t	3 级及以下	JJG 539-1997
142	转速表	(0～100000)r/min	0.05 级以下	JJG105-2000
143	车速里程表标准装置	(100～4000)r/min	U=1×10^{-3} (k=3)	JJG779-2004
144	转速标准装置	(20～30000)r/min	0.05 级以下	JJG326-2006
145	计价器本机标准装置	(0～99999.9)r	MPE：±(读数×0.1%)±0.1r	JJG738-2005
146	计价器使用误差标准装置	(0～99999)r	主滚轮转数 MPE： ±(读数×0.1%)±1r 主滚轮周长 MPE：±0.2%	JJG738-2005
147	振动传感器	(20～2000)Hz	频率响应和幅值线性度： 配压电加速度传感器：±5%； 配其他传感器：±10%	JJG 233-1996 JJG134-2003 JJG644-2003
148	振动测量仪	(20～2000)Hz	频率响应和幅值线性度： 配压电加速度传感器：±5%； 配其他传感器：±10%	JJG 676-2000
149	车速里程表	20 km/h～160km/h	按JJG559-1988(3.2 款)	JJG 559-1988
150	车用转速表	100r/min～15000r/min	1 级　2 级	JJG105-2000
151	机械式振动台	(20～2000)Hz (1～100)m/s^2	±10%～±15%	JJG 189-1997
152	电动式振动台	(20～2000)Hz (1～100)m/s^2	±10%	JJG 190-1997
153	钟罩式气体流量标准装置	≤300m^3/h	±2.0×10^{-3}	JJG165-2005
154	三等标准金属量器	(1～5000)L	±(0.5 ~1)×10^{-3}	JJG259-2005
155	汽车油罐车	≤10000L	±2.5×10^{-3}	JJG133-2005
156	液体容积式流量计	Φ(15～300)mm	±(1～2)×10^{-3}	JJG667-1997
157	膜式煤气表	(0～6)m^3/h 以下	MPE: ±2%	JJG577-2005
158	转子流量计	(0～6)m^3/h 以下	MPE: ±2.5%	JJG257-1994
159	A、B 级容量瓶	(5～2000)ml	±(4～0.3)×10^{-3} ml	JJG196-2006
160	A、B 级滴定管	(1～100)ml	±(5～1)×10^{-3} ml	JJG196-2006
161	A、B 级吸管	(0.1～200)ml	±(6～0.5)×10^{-3} ml	JJG196-2006
162	量筒	(5～2000)ml	±(3～1)×10^{-2} ml	JJG196-2006
163	量杯	(5～2000)ml	±(6～0.7)×10^{-2} ml	JJG196-2006
164	注射器	(1～100)ml	±(3～2)×10^{-2} ml	JJG18-1990
165	水表	Φ(15～50)mm	MPE:±2%	JJG162-1985
166	转子流量计	(0～18)m^3/h	MPE:±1.0%	JJG257-1994
167	燃油加油机	100L	±0.3％	JJG443-2006
168	液体容积式流量计	＜60m^3/h	±(0.5～0.2)％	JJG667-1997

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
169	膜式燃气表	(0.016-300)m^3/h	A 级：±(2～3)%/ B 级：±（1.5～3）%	JJG577-2005
170	速度式流量计	(0.016-300)m^3/h	1 级及以下	JJG198-1994
171	气体容积式流量计			JJG633-2005
172	质量流量计			JJG897－1995
173	差压式流量计			JJG640－1994
174	气体转子流量计			JJG257-1994
175	直流标准电阻	(10^{-3}～10^{5})Ω	0.01 级及以下	JJG166-1993
176	直流电阻箱	10^{-2}Ω～10^{5}Ω	0.01 级及以下	JJG982-2003
177	直流单双电桥	10^{-2}Ω～10^{4}Ω	0.02 级及以下	JJG125-2004
178	标准电池	(1.018600～1.018670)V	二等及以下	JJG153-1996
179	直流电位差计	(-0.0111111～2.1111110)V	0.001 级及以下等级	JJG123-2004
180	直流数字电压表,数字多用表直流电压测量功能	DCV：(0～±1000)V	0.001 级及以下	JJG315-1983 JJG598-1989 JJG724-1991 JJG410-1994 JJG445-1986
181	直流数字电流表,数字多用表直流电流测量功能	DCI：(0～±2)A	0.005 级及以下	
182	数字欧姆表,数字多用表电阻测量功能	Ω：(10～10M)Ω	0.002 级及以下	
183	交流数字电压表,数字多用表交流电压测量功能	ACV：2.2mV～1000V (40Hz～20kHz)	基本量限 MPE：±3×10^{-4}	
184	交流数字电流表,数字多用表交流电流测量功能	ACI：2.2mA～2A (10Hz～5kHz)	基本量限 MPE：±5×10^{-4}	
185	多功能标准源	DCV：(0～±1000)V DCI： (0～±1)A OHM：(10～10M)Ω ACV：1mV～1000V (40Hz～20kHz) ACA：1mA～1A (40Hz～5kHz)	DCV: 0.001 级及以下 DCI: 0.005 级及以下 OHM: 0.002 级及以下 ACV: MPE：±3×10^{-4} ACI: MPE：±5×10^{-4}	
186	直流电流、电压、功率表	直流电流：(0～10)A 直流电压：(0～600)V	0. 1 级及以下	JJG124-2005
187	交流电流、电压、功率表	交流电流：(0～10)A 交流电压：(0～600)V	0.2 级及以下	JJG124-2005
188	绝缘电阻表检定装置	(10^{2}～10^{12})Ω	(0.2～5.0)级及以下	JJG166-1993
189	高压高阻箱	(10^{2}～10^{12})Ω	(0.2～5.0)级及以下	JJG166-1993

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
190	高压电压表	(0～5)kV	1.5%及以下	JJG166-1993
191	直流磁电系检流计	能量常数大于 1×10^{-13}W·s/mm	0.5 级及以下	JJG495-2006
192	接地电阻表	(0.01～1000)Ω	1 级及以下	JJG366-2004
193	绝缘电阻表	电压：(0～5)kV 电阻：(10^{-4}～10^{5})MΩ	10 级及以下	JJG622-1997
194	交流电能表	57.7V～400V　0.5A～100A	0.05 级及以下	JJG 307-2006
195	三相电能表检定装置	57.7V～400V 0.5A～100A	0.05 级及以下	JJG 597-2005
196	电流互感器	(5～2000)A/5A	0.05 级及以下	JJG313-1994
197	电压互感器	35kV	0.05 级及以下	JJG314-1994
198	互感器校验仪	同相分量：0.01%~100% 正交分量：0.1′～100′ 阻抗：(10^{-3}～10)Ω 导纳：(0.01～100)ms	2 级及以下	JJG169-1993
199	IC 卡公用电话	(0.1～1200)s	0.01 s	JJG107-2002 JJG977-2003
200	单机型、集中管理分散计费型电话计费器	(0.1～1200)s	0.01 s	
201	交换机计费系统	(0.1～1200)s	0.01 s	
202	失真度测量仪	*r*: (0.1～100)% *f*:20Hz～200kHz	MPE: ±0.01% ±(5.0～10.0)%	JJG251-1997
203	模拟示波器	DC～100MHz	±2.0%	JJG262-1996
204	电子测量仪器内石英晶体振荡器	(1、5、10)MHz	1×10^{-9} 以下	JJG180-2002
205	石英晶体振荡器	(1、5、10)MHz	1×10^{-9} 以下	JJG349-2001
206	机械秒表	(0～1800)s	±0.1s～±1.6s	JJG237-1995
207	电子秒表	(0～86400)s	±0.01 s, ±0.5 s/d	JJG238-1995
208	电启动秒表	(0～600)s	±6ms～±30ms	JJG237-1995
209	电子毫秒表	(0～1000)ms	±2%	JJG238-1995
210	指针式毫秒仪	10ns～1d	±($T_0\times10^{-7}$+1μs)	JJG237-1995
211	低频电压表	电压：100μV～300V 频率：2Hz～1MHz	电压测量误差：±(1~3)% 频率附加误差：±(3～10)%	JJG782-1992
212	超声波探伤仪	衰减量≥60dB	1 dB /12dB	JJG746-2004
213	医用诊断 X 射线辐射源	（0.0001～9999）×258 μ C/kg	10%	JJG744-2004
214	医用超声诊断仪超声源	输出声强≤10mW/cm^2	20%	JJG639-1998

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
215	心、脑电图机检定仪	定标电压源：1mV～1V 正弦波：(0.1～100)Hz 正弦波幅值：1mV$_{p-p}$～30V$_p$ 正弦波幅频特性：(1～100)H	MPE： 定标电压： ±1.0 % 极化电压： ±5.0 % 幅频特性： ±1.0 % 正弦波失真：±5 %	JJG749-1997
216	心电图机	1 mV 方波	*U*：5%	JJG543-1996
217	脑电图机	100μV 方波	*U*：5%	JJG543-1996
218	心电监护仪	DC：1mV	*U*：5%	JJG760-2003
219	医用气体激光源	0.1mW～100W	10.0%～20.0%	JJG581-1999
220	医用固体激光源	0.1mW～100W	10.0%～20.0%	JJG581-1999
221	生化分析仪	一，二类	A，B，C	JJG464-1996
222	医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X 射线辐射源	100nGy～999.9mGy 0.3Lp/cm~2.0 Lp/cm	10%～20%	JJG 961-2001
223	血细胞分析仪	新制造、使用中和修理后的血细胞分析仪	Hb：优于±(3+3%×C)g/L RBC：优于±6%	JJG714-1990
224	机动车雷达测速仪	(20～150)km/h	±1km/h	JJG528-2004
225	定角式雷达测速仪	(20～150)km/h	±1km/h	JJG527-1988
226	电导率仪	(5×10^{-8}～10)S/cm	1.5 级及以下	JJG376-1985
227	水质测定仪（电导功能）	(5×10^{-8}～10)S/cm	1.5 级及以下	JJG376-1985
228	白度计	白度 1.0～100.0	一级、二级	JJG512-2002
229	自动旋光仪	－45°～+45°	0.01 级、0.02 极、0.05 级	JJG536-1998
230	自动旋光糖量计	－20°Z～+105°Z	0.05 级、0.1 级、0.2 级	JJG536-1998
231	目视旋光仪	－180°～180°	0.02 级、0.05 级	JJG536-1998
232	目视旋光糖量计	－20°Z～+105°Z	0.1 级、0.2 级	JJG536-1998
233	火焰光度计	Na:(0.004～1.00)mmol/L K:(0.004～0.200)mmol/L	K、Na:3%～8%	JJG630-1989
234	原子吸收分光光度计	Cu：(0～5.00)μg/ml Cd：(0～5.00)ng/ml	Cu: (1.5～5)% Cd: (3～10)%	JJG694-1990
235	阿贝折射仪	n_D：1.3000～1.7000	n_D：MPE:±0.0003 n_F-n_C MPE:±0.0005	JJG625-2001
236	气相色谱仪	1×10^{-6}～100%	*U*=5% k=2	JJG700-1999
237	汽车排放气体测试仪	CO (0～10)%VOL C_6H_{14}(0～8000)×10^{-6}	±10%	JJG688-1990
238	单光束紫外可见分光光度计	波长范围： 200nm～900nm	波长 0.3nm 透射比 0.3%τ	JJG375-1996
239	便携式浊度仪	(0～400)NTU 度	示值线性误差：±5%	JJG880-2006
240	实验室浊度仪	(0～400)NTU 度	示值线性误差：±5%	JJG880-2006

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
241	液相色谱仪	流量：(0.1～10)ml/min；柱箱温度(0～100)℃；紫外－可见光、二极管阵列、荧光、示差折光率检测器的性能；定性、定量重复性	(2～3)%　2℃ 1.5%　3.0%	JJG705-2002
242	可见分光光度计	(360～780)nm	光栅型：1、2、3 类 棱镜型	JJG178-1996
243	酸度计	(0～14)pH	0.01 级以下	JJG119-2005
244	离子计	(0～14)V	0.01 级以下	JJG757-1991
245	熔点仪	(50～285) ℃	0.2 级及以下	JJG701-1990
246	自动电位滴定仪	0～415mV	0.05 级及以下	JJG814-1993
247	pH 检定仪	0－14pH	0.003pH，0.0006pH	JJG919-2005
248	二氧化硫气体检测仪	(0～0.5)%	±5%FS	JJG551-2003
249	一氧化碳检测报警器	(0～0.5)%	5%FS	JJG915-1996
250	一氧化碳红外分析仪	(0～0.5)%	5%FS	JJG635-1999
251	二氧化碳气体分析器	(0～0.5)%	5%FS	JJG635-1999
252	可燃气体检测报警器	(0～100%)LEL	±5%FS	JJG693-2004
253	看谱仪	Si(0.12～0.48)%; Mn(0.258～0.870)%; Cu(0.11～0.355)%	10% 3%(ICP:1.5%)	JJG768-2005
254	摄谱仪	Si(0.12～0.48)%; Mn(0.258～0.870)%; Cu(0.11～0.355)%	10% 3%(ICP:1.5%)	JJG768-2005
255	直读光谱仪	Si(0.12～0.48)%; Mn(0.258～0.870)%; Cu(0.11～0.355)%	10% 3%(ICP:1.5%)	JJG768-2005
256	非色散原子荧光光度计	单道、双道	相对标准偏差：≤5% 检出限：≤3ng	JJG939-1998
257	离子色谱仪	抑制型电导检测器	保留时间重复性：≤1.5% 定量重复性：≤5.0%	JJG823-1993
258	测色色差计	Y:1.0～100.0 色坐标 x,y:全色域	一级、二级	JJG595-2002
259	摩托车轮偏检测仪	(-15～15) mm	MPE：±0.2mm	JJG910-1996
260	汽车前照灯检测仪	发光强度：(50～600)×10^2cd 光束角：上 0°下、左、右 2°	MPE：±12% ±12′	JJG745—2002
261	滑板式汽车侧滑检验台	(-15～+15 m）/km	MPE：±0.2m/km	JJG908-1996
262	汽车底盘测功机	转矩：（0~3000)Nm 转速：(100~10000)r/min	转矩： A 级 MPE：±3.5% MPE：±7.0% (＜20% F.S) B 级±3.5%（F.S） 转速：MPE：±1.0%	JJG653-2003

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定 项目名称	测量范围	准确度等级或 测量扩展不确定度	依据检定 规程编号
263	滚筒式车速表检验台	（500～20000）r/min	MPE：±3%	JJG909-1996
264	轴（轮）重仪	轴重：（0-10）t 轮重：（0-5）t	MPE: m≤10%Max：±0.2% Max m＞10% Max：±2%	JJG1014-2006
265	滚筒反力式制动检验台	制动力：（0~30）kN 制动力：（0~45）kN	±5%	JJG906-1996
266	滤纸式烟度计	(0~10) Rb	MPE:±0.3 Rb	JJG847-1993
267	定量包装机	1mg～150kg	0.1%～5.0%	JJG564-2002
268	液态物料定量灌装机	0.1ml～25L　0～25kg	±1.0%～±5.0%	JJG687-90
269	出租汽车计价器	计程：0.1～999.9km	本机检定 MPE：-1.0%～+0.5% 使用误差检定 MPE：-4.0%～+1.0%	JJG517-1998
		计时：1～5999 s	MPE：-1.0%～+0.5%	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com