华东国家计量测试中心

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
1	二等量块	（0.5～100）mm	2 等	JJG146-2003
2	量块	(0.5～1000)mm	3 等	JJG146-2003
3	正多面体棱体	0°～360°	二等、三等、四等	JJG283-1997
4	测角仪	（0～360）°	1"级，2"级，5"级，10"级	JJG97-2001
5	多齿分度台	（0～360）°	0 级，1 级，2 级	JJG472-1997
6	光学、数显分度头	（0～360）°	1"~20"	JJG57-1999
7	长平晶	（0～210）mm	U=0.010μm （k=2 ）	JJG28-2000
8	平面平晶	Φ150mm	一等，二等，1 级，2 级	JJG28-2000
9	研磨面平尺	（0～500）mm	U=（0.011～0.032）μm（k=2）	JJG740-2005
10	干涉显微镜	H:(0.1～1.0)μm	MPE：±(22～5)%	JJG77-2006
11	光学经纬仪	水平方向 0°~360° 垂直方向±30°	DJ_{07}、DJ_1、DJ_2、DJ_6、DJ_{30}	JJG414-2003
12	水准仪	2m-∞	DS05、DS1、DS3、DSZ05、DSZ1、DSZ3	JJG425-2003
13	全站型电子速测仪	水平方向 0°~360° 垂直方向±30°	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	JJG100-2003
14	砝码	1g～20kg	E_2 等级、一等	JJG99-2006
15	砝码	1mg～500mg	E_2 等级、一等	JJG99-2006
16	声级计	10Hz～20kHz	1 级、2 级	JJG188-2002
17	声级校准器	94dB～124dB	LS 级、1 级、2 级	JJG176-2005
18	电容传声器	20Hz～20kHz	MPE：±3.0dB	JJG175-1998
19	倍频程和 1/3 倍频程滤波器	25Hz～20kHz	0 级、1 级、2 级	JJG449-2001
20	噪声统计分析仪	10Hz～20kHz	1 级、2 级	JJG778-2005
21	个人声暴露计	63Hz～8kHz	MPE：±5.0dB	JJG980-2003
22	噪声剂量计	20Hz～8kHz	2 级、3 级	JJG655-2005
23	纯音听力计	气导听力零级：125Hz～8kHz 骨导听力零级：250Hz～8kHz	MPE：±3dB～±5dB	JJG388-2001
24	动态电阻应变仪	（0～10^5）με	0.5%及以下各等级	JJG623-2005
25	静态电阻应变仪和数据采集系统	（0～10^5）με	0.05%（带修正）及以下等级	JJG623-2005
26	测功机	（2～200）Nm	A，B，C 级	JJG653-2003
27	转矩转速测量装置	（2～200）Nm	0.2 级及以下	JJG924-1996
28	扭矩传感器	（2～200）Nm	0.2 级及以下	JJG995-2005 JJG797-1992
29	标准扭矩计	（2～200）Nm	0.2 级及以下	JJG557-1988

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
30	扭矩试验机	（2～200）Nm	1.0 级	JJG269-2006
31	扭矩扳子检定仪	（2～200）Nm	0.3 级及以下	JJG797-1992
32	测功机	（50～5000）Nm	A，B，C 级	JJG653-2003
33	转矩转速测量装置	（50～5000）Nm	0.2 级及以下	JJG924-1996
34	标准扭矩计	（50～5000）Nm	0.2 级及以下	JJG557-1988
35	扭矩传感器	（50～5000）Nm	0.2 级及以下	JJG995-2005 JJG797-1992
36	扭矩试验机	（50～5000）Nm	1.0 级	JJG269-2006
37	扭矩扳子检定仪	（50～5000）Nm	0.3 级及以下	JJG797-1992
38	标准测力仪	(5～100)kN	0.1 级及其以下	JJG144-2007
39	工作测力仪	(5～100)kN	1 级~5 级	JJG455-2000
40	负荷传感器	(5～100)kN	0.1 级及其以下	JJG391-1985
41	标准测力仪	50N～6kN	0.03 级及其以下	JJG144-2007
42	工作测力仪	50N～6kN	1 级~5 级	JJG455-2000
43	负荷传感器	50N～6kN	0.03 级及其以下	JJG391-1985
44	标准测力仪	(10～2000)kN	0.3 级	JJG144-2007
45	工作测力仪	(10～2000)kN	0.1 级(FS)	JJG455-2000
46	标准显微维氏硬度块	(200～800)HV	U=2.0%～4.0% (k=3)	JJG148-2006
47	标准洛氏硬度块	(20～88)HRA, (20～100)HRB, (20～70)HRC	U=(0.38～0.70)HR （k=3）	JJG113-2003
48	肖氏硬度计	(5～105)HSD（C）	MPE：±2.5HSD（C）	JJG346-1991
49	维氏硬度计	(5～1000)HV	MPE：±2.0%～±3.0%	JJG151-2006
50	表面洛氏硬度计	HR15N（T）； HR30N（T）； HR45N（T）	MPE:±(2.0～2.5）HRN（T）	JJG112-2003
51	显微硬度计	(5-1000)HV	MPE：±(3.0～5.0)%	JJG260-1991
52	电动式振动试验台	频率:(5～5000)Hz, 加速度:(10～1000)m/s^2	加速度、速度和位移幅值 MPE：±10%	JJG190-1997 JJG1000-2005
53	机械式振动试验台	频率:(5～100)Hz, 振幅:(0.1～50)mm (P-P)	加速度幅值 MPE：±10% 位移幅值 MPE：±15%	JJG189-1997
54	中频标准振动台	频率:(20～2000)Hz, 加速度:(10～100)m/s^2	台面加速度波形失真度 5%; 台面加速度横向振动比 10%	JJG298-2005
55	液压式振动试验台	频率:(5～100)Hz,振幅: （0.1～50）mm (P-P)	加速度幅值 MPE：±10% 位移幅值 MPE：±15%	JJG638-1990
56	数字式电动振动试验系统	频率:(5～5000)Hz, 加速度:(10～100)m/s^2	A、B、C 级	JJG948-1999
57	工作测振仪	频率:(20～2000)Hz 加速度:(2～300)m/s^2 速度:(5～300)mm/s 位移:(0.01～16)mm(p-p)	频率响应和幅值线性度： ±10%	JJG676-2000

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
58	速度传感器	频率:(20～2000)Hz, 速度:(5～300)mm/s	频率响应：±10% 幅值线性度：±5%	JJG134-2003
59	位移传感器	频率:(20～2000)Hz, 振幅:(0.01～16)mm(p-p)	频率响应：±10% 幅值线性度：±5%	JJG644-2003
60	压电加速度计	频率:(20～2000)Hz, 加速度:(2～300)m/s^2	频率响应和幅值线性度:±5%	JJG233-1996
61	砝码	500g~1g	E2 等级及其以下	JJG99-2006 JJG98-1990
62	砝码	1mg~500mg	E2 等级及其以下	JJG99-2006 JJG98-1990
63	洛氏硬度计	（20～80）HRA, （20～100）HRB, （20～70）HRC	MPE: （±1.0～±2.0）HRA, （±1.5～±3.5）HRB, （±1.0～±1.5）HRC	JJG112-2003
64	金属布氏硬度计	（75～650）（HBW）	MPE:±3.0%	JJG150-2005
65	工作毛细管粘度计	(1～10^5)mm^2/s	U_{rel}=(0.3～1)%　(k=2)	JJG155-1991
66	其它类型工作粘度计	(1～10^7)mPa.s	U_{rel}=(0.5～6)%　(k=2)	JJG1002-2005 JJG214-1980 JJG742-1991 JJG743-1991
67	水泥罐	(10～10000)m^3	U_{rel}=2×10^{-3} (k=2)	JJG302-1983
68	立式金属罐	(20 ~ 30000)m^3	U_{rel}=（1 ~ 3）×10^{-3}　(k=2)	JJG168-2005
69	球形金属罐	(20 ~ 100)m^3	U_{rel}=3×10^{-3}　(k=2)	JJG642-2007
70	卧式金属罐	(20 ~ 100)m^3	U_{rel}=4×10^{-3}　(k=2)	JJG266-1996
71	二等标准金属量器	(1～2000)L	MPE:±2.5×10^{-4}	JJG259-2005
72	工作金属量器	(1～5000)L	MPE:±(0.5～1)×10^{-3}	JJG259-2005
73	罐和桶	≤1000L	MPE:±3.0×10^{-3}	JJG647-1990
74	液体容积式流量计	≤1000L	MPE:±1.0×10^{-3}	JJG667-1997
75	标准酒精计	1～100%Vol	一等	JJG86-2001
76	活塞式压力计	(0.04～250)MPa	一等及其以下	JJG129-1990
77	活塞式压力真空计	(-0.1～0.25)MPa	一等及其以下	JJG236-1994
78	数字压力计	(0～100)MPa	0.02 级及其以下	JJG875-2005
79	数字压力计	(-0.1～0.4)MPa	0.02 级及以下	JJG875-2005
80	压力变送器	(-0.1～0.4)MPa	0.05 级及以下	JJG882-2004
81	液体压力计	(-0.1～0.25)MPa	一等及以下	JJG240-1981
82	液体压力计	(-2500～2500)Pa	1 级及其以下	JJG241-2002
83	补偿式微压计	(-2500～2500)Pa	二等及其以下	JJG158-1994
84	倾斜式微压计	(-2500～2500)Pa	0.5 级及其以下	JJG172-1994
85	数字压力计	(-2500～2500)Pa	0.05 级及其以下	JJG875-2005
86	压力变送器	(-2500～2500)Pa	0.25 级及其以下	JJG882-2004
87	标准铂电阻温度计	（0～419.527）℃	一等	JJG160-1992

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
88	贝克曼温度计	（-20～125）℃	标准工作用	JJG114-1999
89	二等标准铂电阻温度计	（-189.3442～419.527）℃	二等	JJG160-1992 JJG859-1994
90	标准体温计	(35～45)℃	标准	JJG881-1994
91	高精密玻璃水银温度计	(0～150)℃	U=(10～18)mK　k=2	JJG618-1999
92	石油用高精密玻璃水银温度计	(0～150)℃	U=(10～18)mK　k=2	JJG978-2003
93	一等标准水银温度计	（-30～300）℃	一等	JJG161-1994
94	标准铂铑(10)-铂热电偶	(419.527～1084.62)℃	一等(U=0.4℃~0.6℃　k=2), 二等(U=0.6℃~1.0℃　k=2)	JJG75-1995
95	工作用铂铑30-铂铑6热电偶	(1100～1500)℃	Ⅱ级，Ⅲ级	JJG141-2000
96	标准铂铑30-铂铑6热电偶	(1100～1500)℃	二等标准	JJG167-1995
97	标准光学高温计	（800～3200）℃	标准	JJG227-1980
98	普通压力表	（250～1500)MPa	1级及以下	JJG52-1999
99	精密压力表	（250～1500)MPa	0.1级及以下	JJG49-1999
100	压力传感器	（250～1500)MPa	0.05级及以下	JJG860-1994
101	压力变送器	（250～1500)MPa	0.05级及以下	JJG882-2004
102	数字压力计	（250～1500)MPa	0.05级及以下	JJG875-2005
103	精密露点仪	（-80～45）℃DP	二级0.3℃DP	JJG499-2004
104	分流式湿度发生器	（10～95）%RH	二级2%RH	JJG826-1993
105	通风干湿表	（10～95）%RH	二级2%RH	JJG204-1980
106	电解法微量水分分析仪	（1~1000）μL/L	引用误差：±5%	JJG500-2005
107	机械式温湿度计	30%RH～95%RH 5℃～50℃	±5%RH~±7%RH ±1℃~2℃	JJG205-2005
108	电通风机	（10～95）%RH 0℃～50℃	二级及二级以下	JJG993-2004
109	干湿表	（10~95）%RH 0℃~50℃	二级及二级以下	JJG993-2004
110	二等标准电离真空计	（10^{-1}～10^{-4}）Pa	MPE：±10%	JJG462-2004
111	标准电池	（1.0186000～1.0186700）V	一等及以下	JJG153-1996
112	直流电阻器	(10^{-3}～10^{5}) Ω	一等及以下	JJG166-1993
113	电容箱	1pF～1μF	(0.2～0.01)级及以下	JJG183-1992
114	可变电容器	1pF～1μF	0.1级及以下	JJG183-1992
115	标准电容器(不含高压电容器)	1pF～1μF	0.01级及以下	JJG183-1992
116	标准电感器	1μH～1H	0.05级及以下	JJG726-1991

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
117	数字多用表	直流电压：20mV～1000V 交流电压：22mV～1000V(10Hz～1MHz) 直流电流：20μA～11A 交流电流：10mA～11A(60Hz～5kHz) 直流电阻：1Ω～10MΩ	直流电压：0.0005 级及以下 交流电压：0.01 级及以下 直流电流：0.002 级及以下 交流电流：0.02 级及以下 直流电阻：0.001 级及以下	JJG598-1989 JJG724-1991 JJG315-1983 JJG445-1986 JJG410-1994
118	多功能标准源	直流电压：20mV~1000V 交流电压：22mV~1000V(10Hz~1MHz) 直流电流：20μA-11A 交流电流：10mA-11A(60Hz~5kHz) 直流电阻：1Ω-10MΩ	直流电压：0.0005 级及以下 交流电压：0.01 级及以下 直流电流：0.002 级及以下 交流电流：0.02 级及以下 直流电阻：0.001 级及以下	JJG598-1989 JJG724-1991 JJG315-1983 JJG445-1986 JJG410-1994
119	过程仪表校验仪	直流电压：20mV～1000V 交流电压：22mV～1000V(10Hz~1MHz) 直流电流：20μA～11A 交流电流：10mA～11A(60Hz～5kHz) 直流电阻：1Ω～10MΩ	直流电压：0.0005 级及以下 交流电压：0.01 级及以下 直流电流：0.002 级及以下 交流电流：0.02 级及以下 直流电阻：0.001 级及以下	JJG598-1989 JJG724-1991 JJG315-1983 JJG445-1986 JJG410-1994
120	电流互感器	(0.1~5)A/5A (5~5000）A/1A (5~2500）A/0.5A	0.005 级及以下	JJG313-1994
121	电流互感器	(5-5000)A/5A	0.002 级及以下	JJG313-1994
122	电压互感器	（100/√3 -1000）V/（100/√3 ,100,150）V （2/√3-10）kV/(100/√3,100)V (15/√3-35)kV/(100/√3,100)V	0.005 级及以下级别 0.02 级及以下级别 0.01 级及以下级别	JJG314-1994
123	特斯拉计	0.035T-2.5T	MPE：±0.3%及以下	JJG242-1995
124	特斯拉计	（0.02-0.05）T	MPE：±0.5%及以下	JJG242-1995
125	单相电能表	(48～600)V,(0.1～100)A，cosφ=0C～1.0～0L	0.02 级及以下等级（加修正值）	JJG307-2006 JJG596-1999
126	电能表检定装置	3×（57.7～480）V，3×(0.2～100)A，cosφ=0.5C～1.0～0.5L	0.02 级及以下等级（加修正值）	JJG597-2005
127	三相电能表	3×（48～600）V，3×(0.1～100)A，cosφ=0.5C～1.0～0.5L	0.02 级及以下等级（加修正值）	JJG307-2006 JJG596-1999

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
128	永磁材料	金属永磁,铁氧体永磁,H_{cJ}≤400000A/m	Br:MPE：±1% Hc:MPE:±2%　(BH)m:MPE:±3%	JJG352-1984
129	电工纯铁标准样品	H：(18～96)A/m	MPE:±2%	JJG407-1986
130	冷轧取向硅钢片标准样品	B≤1.80T,H≤10000A/m(50Hz)	U_{rel}(P)=1.0%,k=1 U_{rel}(B)=0.5%,k=1	JJG405-1986
131	热轧和冷轧无取向硅钢片标准样品	B≤1.50T,H≤10000A/m(50Hz)	U_{rel}(P)=1.0%,k=1 U_{rel}(B)=0.5%,k=1	JJG405-1986
132	脉冲信号发生器	电压：50mV～100V	MPE:±5%	JJG490-2002
133	高速脉冲源	上升时间：100ps	MPE:±5%	JJG490-2002
134	示波器校准仪	电压：5mV~200V 时间：1ns～5s 上升时间：100ps	电压　MPE：±0.5% 时间　MPE：±1×10^{-6} 上升时间 MPE：±5%	JJG278-2002
135	高频电感、电容测量仪	电感：1μH～100mH 电容：1pF～2000pF	MPE:±1.5%	JJG197-1979
136	信号发生器	频率：100kHz～18GHz	MPE:±（0.5～1)dB	JJG173-2003
137	小功率传感器校准因子	频率：（0.01～26.5)GHz 功率：(0.5～10)mW	MPE:±(2.5～5)%	JJG447-1986 JJG282-1981
138	回转式衰减器	2cm,3cm,大 3cm,5cm 0-40dB	MPE:±0.05dB/10dB	JJG322-1983
139	精密步进电阻式衰减器	30MHz～3000MHz　0～100dB	MPE:±(0.1～0.2)dB 0.1dB 步进档 MPE:±(0.06～0.4)dB 1dB 步进档 MPE:±(0.1～1.5)dB 10dB 步进档	JJG507-1987
140	同轴,波导衰减器	10MHz-18GHz　0-100dB	MPE:±0.05dB/10dB (＜60dB) MPE:±1.5dB　(60dB～100dB)	JJG322-83
141	超高频毫伏表	频率:5kHz～1GHz 电压:50μV～1.5V	MPE:±(3～10)%	JJG308-1983
142	DYB2 型电子管电压表检定仪	f:55Hz，400Hz，1kHz V：0.5mV~300V	MPE:±1%±30μV	JJG256-1981
143	低频电压表	f:10Hz～1MHz V:0.1mV～300V	MPE:±(0.02～3)%	JJG782-1992 JJG254-1990
144	低频电压源	f:10Hz～1MHz V:1mV~1000V	MPE:±(0.02～3)%	JJG410-1994
145	石英晶体频标	1MHz　5MHz　10MHz	MPE：±(1×10^{-9}～1×10^{-11})	JJG181-2005

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
146	铷原子频率标准	1MHz　5MHz　10MHz	MPE：±(1×10^{-10}～1×10^{-11})	JJG292-1996
147	电子仪器内晶体振荡器	1MHz　5MHz　10MHz	MPE：±(1×10^{-7}～1×10^{-10})	JJG180-2002
148	镜向光泽度标准板	10～110 光泽单位	U_{rel}=1.4 光泽单位(k=2)	JJG696-2002
149	标准光泽度计	0～150 光泽单位	MPE：±0.8 光泽单位	JJG696-2002
150	医用激光源	0.5mW～150W	稳定度：MPE:±10%， 复现性：MPE:±10%， 示值相对偏差：MPE:±20%	JJG581-1999
151	激光功率计	0.1mW～200W	2，5，10，20 级	JJG249-2004
152	光照度计	(1.5×10^{-1}～3×10^{3})lx	一级　二级	JJG245-2005
153	总光通量标准白炽灯	（400～4000）lm	二级　三级	JJG247-1991
154	发光强度标准灯	15cd～2000cd	二级	JJG246-2005
155	一级成像式亮度计	（2×10^{-2}～1×10^{3}）cd/m^2	MPE：±5%	JJG211-2005
156	二级成像式亮度计	（2×10^{-2}～1×10^{3}）cd/m^2	MPE：±10%	JJG211-2005
157	遮光筒式亮度计	（2×10^{-2}～1×10^{3}）cd/m^2	MPE：±10%	JJG211-2005
158	医用 C 波段紫外辐射照度计	2×10^{-5}W/cm^2～2×10^{-2}W/cm^2	U_{rel}=20%（k=1)	JJG879-2002
159	320nm-390nm 波段紫外辐射照度计	2×10^{-5}W/cm^2～2×10^{-2}W/cm^2	U_{rel}=20%（k=1)	JJG879-2002
160	抖晃仪	抖晃度:(0.01～3)% 中心频率:3000Hz　3150Hz	MPE:±5%	JJG47-1990
161	超声探伤仪	衰减器衰减范围：≥60dB	衰减器衰减误差 每 12dB 不超过±1dB	JJG746-2004
162	pH(酸度)计	(0～14)pH	0.1,0.2,0.02,0.01,0.001 级	JJG119-2005
163	测汞仪	冷原子吸收测汞仪： (5～30)ng/mL 冷原子荧光测汞仪： (0.5～3.0)ng/mL	线性误差：±10% 线性误差：±15%	JJG548-2004
164	原子吸收分光光度计	铜：（0～5.00)μg/mL 镉：（0～5.00)ng/mL	火焰法测铜: 检出限 C_L:≤0.02μg/mL 精密度(RSD):≤1.5% 石墨炉法测镉: 检出限 Q_L:≤4pg 精密度(RSD):≤7% 特征量（C.M.):≤2pg	JJG694-1990
165	火焰光度计	K:(0～1)mmol/L Na:(0～2)mmol/L	线性误差 K:±5%　Na:±5%~±8%	JJG630-2007
166	目视旋光仪	-180°～+180°	0.02 级、0.05 级	JJG536-1998
167	自动旋光仪	-45°～+45°	0.01 级、0.02 级、0.05 级	JJG536-1998
168	目视旋光糖量计	-20°Z～+105°Z	0.1 级、0.2 级	JJG536-1998

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
169	自动旋光糖量计	-20°Z～+105°Z	0.05 级、0.1 级、0.2 级	JJG536-1998
170	电导仪	(10^5～0.05) μ S/cm	0.2 级及以下等级	JJG376-1985
171	盐度计	(10^5～0.05) μ S/cm	0.2 级及以下等级	JJG715-1991
172	水质综合分析仪	(10^5～0.05) μ S/cm	0.2 级及以下等级	JJG761-1991
173	覆膜电极溶解氧测定仪	（0～20）mg/L	MPE:±0.5mg/L	JJG291-1999
174	气相色谱仪	1×10^{-6}～100%	5%	JJG700-1999
175	单光束紫外可见分光光度计	波长：(200～1000)nm 透射比：（0～100）% τ	光栅，棱镜型全部等级	JJG375-1996
176	双光束紫外可见分光光度计	波长：(200～1000)nm 透射比：（0～100）% τ	光栅，棱镜型全部等级	JJG682-1990
177	可见分光光度计	(360～1000)nm （0～100）% τ	光栅，棱镜型全部等级	JJG178-1996
178	一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器	CO、CO_2：（0~100）%	MPE:±1%、±2%、±4%、±5%	JJG635-1999
179	一氧化碳检测报警器	(0～2000)$\times10^{-6}$	MPE:±3%FS MPE:±5%FS	JJG915-1996
180	可燃气体检测报警器	(0～100)%LEL	MPE:±5%FS	JJG693-2004
181	x 辐射防护仪器	(2.58×10^{-6}～2.58×10^{-4})C・kg^{-1}	U_{rel}=10%～40% （k=2）	JJG393-2003
182	治疗水平电离室剂量计	(2.58×10^{-4}～2.58×10^{-1})C・kg^{-1}	工作级	JJG912-1996
183	医用放射性核素活度计	（3.7×10^{4}-3.7×10^{10}）Bq	U_{rel}=10% （k=2）	JJG377-1998
184	γ 辐射防护仪器	（3×10^{-7}～3×10^{-4}）C・kg^{-1}・h^{-1}	MPE：±15%	JJG393-2003
185	X，γ 环境监测仪表	3×10^{-7}C・kg^{-1}・h^{-1}以下	MPE：±15%	JJG521-2006
186	热释光剂量元件	（0～10^{-3}）C・kg^{-1}	MPE：±30%	JJG593-2006
187	α，β 表面污染仪	α：（0.5～10^4）cps β：（4～10^4）cps	基本误差：≤25% 重复性:≤20%	JJG478-1996
188	医用诊断 X 光机	（10^{-5}～1）Gy/s	U_{rel}=10% （k=2）	JJG744-2004
189	医用加速器	(0.1～10)Gy/min	水吸收剂量总不确定度＜4.0%	JJG589-2001
190	^{60}Co 远距离治疗机	(0.1～5)Gy/min	水吸收剂量总不确定度＜4.0%	JJG589-2001
191	近距离 γ 射线后装治疗机	(0.01～1)Gy/min	水吸收剂量总不确定度＜4.0%	JJG773-1992
192	60~250kV X 射线深部治疗机	(0.01～5)Gy/min	水吸收剂量总不确定度＜5.0%	JJG589-2001

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

序号	授权检定项目名称	测量范围	准确度等级或测量扩展不确定度	依据检定规程编号
193	X 射线探伤机	(0.001～1)Gy/s	U_{rel}=15% (k=2)	JJG40-2001
194	γ 射线探伤机	(0.001～1)Gy/s (0.03～1.3)MeV	U_{rel}=15% (k=2)	JJG933-1998
195	γ 放射免疫计数器	（0～999999）cpm	工作级	JJG969-2002
196	粉尘采样器	（0.1~60)L/min	MPE:±3.0%FS	JJG520-2005
197	烟尘测试仪	（0.1~60)L/min	2.5 级	JJG680-1990
198	各式转速表	（20-100000）r/min	0.02 级以下	JJG105-2000
199	出租汽车计价器（本机）	（20-100000）r/min	0.02 级以下	JJG326-2006
200	转速标准装置	（20-100000）r/min	U_{rel}=5×10^{-4} (k=2)	JJG326-2006
201	客观式验光机	-20m^{-1}～+20m^{-1}	MPE:±0.25m^{-1}～±0.50m^{-1}	JJG892-1995
202	主观式验光机	-15m^{-1}～+15m^{-1}	MPE:±0.25m^{-1}～±0.50m^{-1}	JJG892-1995
203	焦度计	-25D～+25D	MPE:±（0.06～0.25）D	JJG580-1996
204	验光镜片箱	-20D～+20D	MPE:±（0.04～0.12）D	JJG579-1998
205	眼镜片顶焦度二级标准	-25D ~ +25D	U=0.04D ~ 0.07D（k=3）	JJG2090-1994
206	医用超声诊断仪超声源	用于孕产妇时输出声强≤10mW/cm^2	U_{rel}=20% (k=2)	JJG639-1998
207	血红蛋白仪	（50～200）g/L	MPE:±（3+3×c%）g/L	JJG714-1990
208	血细胞分析仪	血红蛋白：（50～200)g/L 红细胞计数： （2.5～6.5)10^{12}/L 白细胞计数：（2～14)10^{9}/L	MPE:±（3+3×c%）g/L MPE:±6% MPE:±10%	JJG714-1990
209	血球计数仪	红细胞：（2.5～6.5)10^{12}/L 白细胞：（2～14)10^{9}/L	MPE:±6% MPE:±10%	JJG714-1990
210	汽车排放气体测试仪	丙烷：（0～1）%； 一氧化碳：（0～100）%	MPE:± 10 %	JJG688-1990

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com